口腔機能低下の疑いがある患者

自覚症状（患者さんからの訴え）

- 硬いものが食べにくくなった
- 汁物を飲むとき、ときどきむせる
- 口のなかが乾く
- 薬を飲みにくくなった
- 活舌が悪くなった
- 食事に時間がかかるようになった
- 食べこぼしをするようになった
- 食後に口のなかに食べ物がのこるようになった

他覚症状（診察中に判明）

- 診療中にむせるようになった
- 含嗽がうまくできなくなった
- 口腔粘膜や義歯の片側に食物残渣やプラークが沈着
- 片側性にう蝕や歯周病が悪化
- リスクが高くない部位のう蝕の発症
- 患者による筋圧形成ができない
- 咬合紙による接触点が見つからない

管理計画書

患者氏名	年齢	歳	性別	男・女
------	----	---	----	-----

年 月 日

【全身の状態】

1	基礎疾患	心疾患・肝炎・糖尿病・高血圧症・脳血管疾患・その他（ ）
2	服用薬剤	1. なし 2. あり（薬剤名： ）
3	意識レベル	1. 清明 2. 不清明 3. 傾眠
4	認知機能低下	1. なし 2. あり
5	肺炎の既往	1. なし 2. あり 3. 繰り返りあり
6	体重の変化	1. なし 2. あり（ ）か月で Kgの増・減）
7	体格指数（BMI）	1. 正常範囲内 2. 低体重（やせ） 3. 肥満
8	食事形態	1. 常食 2. 軟菜食 3. 刻み食 4. パースト食 5. その他（ ） 6. 非経口
9	食思不振	1. なし 2. あり（理由： ）

【口腔機能の状態】

1	口腔内の衛生状態	舌苔付着程度	%（基準値 50%以上）	1. 正常範囲内 2. 低下
2	口腔内の乾燥程度	検査結果	（基準値 ）	1. 正常範囲内 2. 低下
3	咬む力の程度	検査結果	（基準値 ）	1. 正常範囲内 2. 低下
4	口唇の動きの程度	パ発音速度	回/秒（基準値 6.0回/秒未満）	1. 正常範囲内 2. 低下
5	舌尖の動きの程度	タ発音速度	回/秒（基準値 6.0回/秒未満）	1. 正常範囲内 2. 低下
6	奥舌の動きの程度	カ発音速度	回/秒（基準値 6.0回/秒未満）	1. 正常範囲内 2. 低下
7	舌の力の程度	舌 圧	kPa（基準値 30kPa 未満）	1. 正常範囲内 2. 低下
8	咀嚼の機能の程度	検査結果	（基準値 ）	1. 正常範囲内 2. 低下
9	嚥下の機能の程度	検査結果	（基準値 ）	1. 正常範囲内 2. 低下
10	歯・歯肉の状態	プラーク（なし・あり） 歯肉の炎症（なし・あり） 歯の動揺（なし・あり）		
11	口腔内・義歯の状態			

【口腔機能管理計画】

1	口腔内の衛生	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す
2	口腔内の乾燥	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す
3	咬む力	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す
4	口唇の動き	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す
5	舌尖の動き	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す
6	奥舌の動き	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す
7	舌の力	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す
8	咀嚼の機能	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す
9	嚥下の機能	1. 問題なし 2. 機能維持を目指す 3. 機能向上を目指す

【管理方針・目標（ゴール）・治療予定等】

--

【再評価の時期・治療期間】

再評価の時期：約（ ）か月後 ・ 治療期間：（ ）程度

① 口腔衛生状態不良

舌苔スコアの記録

舌苔スコアの基準

スコア 0
舌苔は認められない

スコア 1
舌乳頭が認識可能な薄い舌苔

スコア 2
舌乳頭が認識不可能な厚い舌苔

50%以上が該当

舌苔の付着度
(TCI)

$$= \frac{\text{スコアの合計(0~18点):}}{18} \times 100 = \text{ } \%$$

TCIを用いて口腔衛生状態を評価した症例

$$\text{TCI} = 8/18 = 44\%$$

- ・舌縁は評価しない
- ・擦過により一部除去可能であると思われるものを舌苔と評価する

平滑舌

舌乳頭が萎縮

舌苔は付着しない

口腔カンジダ症
鉄・VB₁₂欠乏性舌炎
長期で高度の口腔乾燥

糸状乳頭

糸状乳頭

② 口腔乾燥

②-1) 口腔粘膜湿潤度

口腔水分計
(ムーカス、ライフ)
3回測定し中央値を採用
27.0未満

生体電気インピーダンス法を応用
計測前の飲水や含嗽による
表層の水分にはさほど影響
されず、粘膜下浅層に含ま
れる水分量を数値化。

本体：39,500円、センサーカバー120枚：6,000円

センサーは舌尖から
10mmの中心溝を避
けた舌背中央部

センサー全面が測定部位に接触

口腔湿潤度(ムーカス)

- カバーにあまりきつく挿入しない、センサーが押された状態になってしまう。
- センサー一部分に皺がないように注意。
- 舌背に押し付ける時も泳が鳴ったらそれ以上強く押しつけない。

② 口腔乾燥

②-2) 唾液量

サクソンテスト: 2g以下/2分

専用のガーゼを2分間咀嚼させた後、
給水し湿潤したガーゼを回収する
(ポリエチレン袋に回収)。

電子天秤でポリエチレン袋ごと重量
を測定し、
事前に計測した
重量分を減じて
算出。

専用のガーゼ必要

タイプⅢ医療ガーゼ
7.5cm四方、2g

小唾液腺

歯肉と硬口蓋以外の口腔粘膜の直下に存在。容易にマッサージが可能。

【口唇腺】

【口唇の断面】

口唇腺

唾液腺・口腔粘膜マッサージ

① うがいなどをして、十分に口の中をしめらせてます

③ 舌の表面、舌背をゆっくりとマッサージします

② 保湿ジェルを人差し指あるいは中指の先に少し取ります (1～2cm 程度)

④ 舌の奥、付け根のところにも小唾液腺があるので、刺激するつもりでマッサージします

① 上嘴唇を内側からゆっくりとマッサージします

② 下嘴唇を内側からゆっくりとマッサージします

⑤ 口蓋部もゆっくりとマッサージします

③ 耳下腺を押さえながら、頬粘膜をゆっくりとマッサージします

⑥ 舌の下の部分をていねいにマッサージします

③ 咬合力低下

③-1) 咬合力検査

デンタルプレスケールⅡ
& 咬合力分析

感圧フィルムを用いて
咬頭嵌合位で3秒間
クレンチング時の
歯列全体の咬合力

咬合圧検査 130点

500N未満

③-2) 残存歯数

残根と動揺度3の歯を
除いて20本未満

425,000円(スキャナー別)

デンタルプレスケール(咬合圧)

咬合支持がない人は行わない。

少し折り曲げて口腔内に挿入。
臼歯部後方が折れ曲がっていないか確認。

折れ曲がっていた場合は指を挿入して延ばす

上顎中切歯正中をマーカースに合わせ、ゆっくりと噛んでもらい、次に最大の力で噛みしめてもらう。口を開けた状態から強く噛むと衝撃で発色のためのマイクロカプセルが破壊されやすい。

噛む力 「咬筋触診」

両側の耳の前の部分を4本の指で軽く触れ、できるだけ強く奥歯で噛んでもらい、咬筋が硬くなり指が押される感覚を評価。

耳の前の部分を
4本の指で触れる

④ 舌口唇運動機能低下

舌口唇運動

「パ」

口唇の閉鎖力

「タ」

舌の前方の
上下運動能力

「カ」

舌の後方の
運動と軟口蓋の
運動能力

健口くんハンディ

オーラルディアドコキネシス (音節の繰り返し検査)

「ぱ」(両唇閉鎖)

「た」(舌尖と前歯裏の付着運動)、

「か」(舌背と軟口蓋の付着運動)、

それぞれの繰り返しを、5秒間測定し、
1秒あたりの回数を算出する。

高齢者では、1秒あたり6回未満が低下

- 開始前には息を吸ってから行う。
- 目いっぱい息は吸わない。

ペン打ち法や健口くんで測定

オーラルディアドコキネシスの基準値(6回/秒)の根拠

目的: 口腔機能とフレイルの関係の解明

対象: 大府市在住の65歳以上の4,720名

	健康者群(766名)		フレイル群(535名)	
	男性	女性	男性	女性
[pa]	6.2 ± 0.9	6.3 ± 0.9	5.6 ± 1.0	5.6 ± 1.0
[ta]	6.1 ± 0.9	6.2 ± 0.9	5.5 ± 1.0	5.6 ± 1.0
[ka]	5.6 ± 1.0	5.9 ± 0.8	5.0 ± 1.0	5.2 ± 1.1

- 年齢階層が上がるとともに、健康群・プレフレイル群・フレイル群のODKは有意に減少
- 全ての年齢階層で、健康群・プレフレイル群・フレイル群と虚弱が進むにつれODKは有意に減少

活舌の改善プログラム(無意味音音節連鎖訓練)

「カ」の発音が十分でなく、舌の後方の動きに問題があると評価された場合

レベル1:「カ」の音を最初

カタダ カタデ カタド カアド カエド カオド

レベル2:「カ」の音を最後

マアカ マオカ マウカ アエカ アイカ アオカ

レベル3:「カ」の音を2音目 → 難易度が上がる

アカア オカオ ウカウ エカエ イカイ ウカア

⑤低舌圧：JMS舌圧測定装置

日本老年歯科医学会 舌機能検査法ガイドライン

義歯は装着した状態で測定

30kPa未満が
低舌圧

- 上顎前歯部確認
- 「硬いところを前歯で噛んで、舌を持ち上げてバルーンを思いきり押しつぶしてください」

本体：約15万円
プローブ（バルーン）：500円

舌圧検査 140点

バイオフィードバック効果を期待して、舌圧計の計測値を見てもらいながら計測する

舌圧と残存歯数の関連

舌圧は残存歯数の影響を受けない。